



湖北千里目检测技术有限公司

检测报告

QJBA210629061

项目名称: 华新水泥(秭归)有限公司废气检测

委托单位: 华新水泥(秭归)有限公司

检测类别: 比对检测





说 明

- 1、报告涂改、缺页、增删无效，报告无三级审核及授权签字人签名无效，未加盖本公司检测专用章及其骑缝章无效；
- 2、本报告部分复制或者完整复制后未加盖本公司检测专用章无效；
- 3、检测结果仅对当时的生产工况、排污状况、环境现状及样品检测数据负责，
自送样仅对该样品检测数据负责；
- 4、未经同意本报告不得用于广告宣传；
- 5、若对本检测报告有异议，须于收到本报告之日起五个个工作日内以书面形式向
本公司提出，逾期不受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。

本公司通讯资料：

单位名称：湖北千里目检测技术有限公司
地址：宜昌高新区兰台路 13 号
邮编：443000
电话：0717-6078929
传真：0717-6078929

四、检测方法及仪器设备

项目	分析方法及依据	主要分析仪器设备及编号	检出限
二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 HJ 629—2011		3mg/m ³
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 HJ 692—2014	崂应 3026 型 红外烟气综合分析仪 (2T01017821)	3mg/m ³
含氧量	《空气和废气监测分析方法》 (第四版增补版) 国家环境保护总局(2003年)5.2.6(3) 电化学法测定氧		--

五、在线监测主要仪器、型号及编号

监测因子	分析方法	分析仪器	仪器编号	设备供应商
二氧化硫	红外法			
氮氧化物		SCS-900FT 型 烟气连续监测系统	MO-1358	北京雪迪龙科技股份有限公司
含氧量	电化学法			

一、基本情况

华新水泥(秭归)有限公司窑尾及旁路防风废气排放口配套安装了固定污染源废气排放连续监测系统一套,由武汉天虹环保产业股份有限公司运营维护,设备集成商为北京雪迪龙科技股份有限公司。该系统安装位置基本符合《固定污染源烟气(SO₂、NO_x、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ 75-2017)的要求。

本公司受华新水泥(秭归)有限公司委托,于2021年06月29日,对该公司窑尾及旁路防风废气排放口进行比对检测,现提交报告。

二、检测方案

类别	点位名称	点位坐标	检测项目	检测频次
有组织 废气	窑尾及旁路防风 废气排放口	30°55'10"N, 110°42'34"E	二氧化硫、氮氧化物、 含氧量	6 次/天; 共 1 天

三、检测依据及评价标准

1、检测依据

- (1)《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007);
- (2)《固定污染源烟气(SO₂、NO_x、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ 75-2017)。

2、评价标准

检测项目		考核指标
二氧化硫	准确度	排放浓度≥250μmol/mol (715mg/m ³) 时, 相对准确度≤15%。 50μmol/mol (143mg/m ³) ≤排放浓度<250μmol/mol (715mg/m ³) 时, 绝对误差不超过±20μmol/mol (57mg/m ³)。 20μmol/mol (57mg/m ³) ≤排放浓度<50μmol/mol (143mg/m ³) 时, 相对误差不超过±30%。 排放浓度<20μmol/mol (57mg/m ³) 时, 绝对误差不超过±6μmol/mol (17mg/m ³)。
氮氧化物	准确度	排放浓度≥250μmol/mol (513mg/m ³) 时, 相对准确度≤15%。 50μmol/mol (103mg/m ³) ≤排放浓度<250μmol/mol (513mg/m ³) 时, 绝对误差不超过±20μmol/mol (41mg/m ³)。 20μmol/mol (41mg/m ³) ≤排放浓度<50μmol/mol (103mg/m ³) 时, 相对误差不超过±30%。 排放浓度<20μmol/mol (41mg/m ³) 时, 绝对误差不超过±6μmol/mol (12mg/m ³)。
含氧量	准确度	>5.0%时, 相对准确度≤15%。 ≤5.0%时, 绝对误差不超过±1.0%。

项目	参比方法测量值						在线系统测量值						比对结果	结果评价	
	1	2	3	4	5	6	均值	1	2	3	4	5	6		
时间	14:43	14:56	15:07	15:16	15:25	15:35	--	14:43	14:56	15:07	15:16	15:25	15:35	--	--
二氧化氮浓度(mg/m ³)	19	9	19	14	7	7	12	10.79	8.20	13.53	8.55	5.59	0	7.77	-4.23 mg/m ³ 合格
二氧化氯浓度(mg/m ³)	16	8	16	12	6	6	11	8.96	6.75	11.22	7.16	4.68	0	6.46	--
氯气浓度(mg/m ³)	334	310	307	317	352	325	324	309.21	339.72	345.09	352.03	369.59	358.87	345.75	21.75 mg/m ³ 合格
含水量(%)	287	269	264	275	315	291	284	257.29	282.89	286.08	295.26	315.06	309.54	291.02	--

注：结果表中按照委托方要求附上相应时间段内折算浓度。

编制人：

审核人：



以下无正文